

TRATAMIENTO ELÉCTRICO DE INFECCIONES DE LA BOCA

PROLOGO. *Este proceso esta aún en fase de prueba, ya que aún cuando esta diseñado usando la lógica de los principios que rigen la aplicación de la energía eléctrica en el cuerpo, ha sido muy difícil obtener pacientes para cada uno de los procesos desde una escuela de ingeniería. Lo peor que puede suceder al probar un proceso es que la técnica no cure la enfermedad, pero es IMPOSIBLE que se lastime o electrocute al paciente con un generador(TENS) que usa una pila de 9 volts; la silla eléctrica aplicaba 2,000 volts.*

ADVERTENCIA: *Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous Electrical Neuro Stimulator) y sus características: ajuste de parámetros, costo, lugares de compra, etc., pues es el aparato generador de las señales eléctricas que se usa para curar todas las enfermedades mostradas en este sitio; es lo equivalente a la medicina. Una descripción del mismo se da en la información denominada : “ TENS CARACTERÍSTICAS “, en este mismo sitio.*

20/1/2025

INTRODUCCIÓN.

A lo largo de 17 años de haber iniciado esta investigación me he percatado de la sensibilidad de las distintas partes del cuerpo al estímulo eléctrico, no sólo en su impacto nocivo de lastimar, sino también en el grado de sensibilidad de dicho sitio al dolor y soportabilidad de un estímulo eléctrico. La primera impresión es que colocar un pad en la boca provocaría un intenso dolor, nada más erróneo que eso, su sensibilidad es la misma que cualquier parte de la piel del cuerpo, y uno puede poner un pad en el interior de las mejillas, encías, lengua, etc. sin causar más dolor que el que haría colocar ambos pads en un brazo. Con esa experiencia he diseñado un proceso como para curar una infección en las encías o parte inferior de los dientes y muelas. El proceso es tan simple como en cualquier parte del cuerpo, se coloca un pad redondo pequeño, o cuadrado, o rectangular que se ajuste al tamaño de la lesión, como de 2.5 ó 3.0 cm, en la encía al frente del diente y el otro en la parte trasera o

interior del mismo, de forma que no se toquen ambos pads. Así, con un pad sujetado por un dedo al frente, y el otro por otro dedo en su parte trasera, se mantienen durante los 15 minutos que dura el tratamiento . De esta manera tan simple se pueden evitar cirugías caras y dolorosas. Probablemente se llegue a requerir un nuevo tratamiento si no se eliminó totalmente el microbio, en tal caso se repite el tratamiento y adiós al problema.

Vale la pena comentar que la corriente eléctrica no penetra el tejido óseo debido a su alta resistencia eléctrica, y por tanto no se podría curar, por ejemplo, una caries con la corriente pero existe la posibilidad de hacerlo con el uso de la energía electromagnética que si penetra fácilmente el tejido óseo.

TRATAMIENTO ELÉCTRICO

Como se mencionó antes se debe colocar un pad al frente y otro en la parte trasera de la lesión en la encía, como se muestra en la figura 1 , y efectuar el tratamiento en esa posición durante 15 minutos.




Figura 1. Posición de pads para eliminar una infección en una pieza de la encía.

CASO DE GRAN PARTE DE LA ENCÍA INFECTADA.

Cuando esta es la situación, y no sólo la encía correspondiente a una pieza, entonces es factible usar un pads de mayor tamaño , como de 4 x 8 ó 5 x 10 que abarque toda o la mayor parte de la encía y aplicar los pads en la parte externa de las mejillas, como se muestra en la figura 2 y así miles de líneas de corriente barrerán toda la encía eliminando en su paso cualquier tipo de microbio. Tanto la intensidad como el tiempo de tratamiento es igual al caso de una sólo pieza infectada.

Vale la pena comentar que este tipo de infección se transmite fácilmente hacia los oídos , razón por la cual si se tiene dolor en ellos es conveniente extender los pads hasta un centímetro más atrás del final de la quijada y a lo largo de ésta, como se muestra en la figura. Ver también el tema de tratamiento de enfermedades de las vías respiratorias altas para cubrir este tema más ampliamente en el sitio : curaciones-electricas.com .



Figura 2. Posición de pads para eliminar una infección en toda la encía

INTENSIDAD DE CORRIENTE Y TIEMPO E TRATAMIENTO.

Como en la mayoría de los procesos, incrementar la corriente ligeramente hasta percibirla, y dejarla en esa posición 15 minutos.

Al final del tratamiento desechar los pads colocando o pegando la parte oscura a un pañuelo formado por dos kleenex de forma tal que si se desean usar nuevamente no se pueda quitar el papel pegado al pad; colocarlos en una pequeña bolsa y tirarlos de forma segura en la basura.